

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hîncești 53, tel/fax: 23-41-35, 23-42-80, e-mail: BAP@tender.gov.md

Nr. 28/74-1839 din 13.06.2014

La nr. _____

Centrul Național de Sănătate Publică
Or. Chișinău, str. Gh. Asachi 67

Prin prezenta, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că a recepționat contestația operatorului economic SRL „Eycon Medical” privind dezacordul pe marginea licitației publice nr. 14/00949 din 04.06.2014 cu privire la achiziționarea utilajului de laborator și în temeiul art. 73 alin. 2 al Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 solicităm prezentarea explicațiilor argumentate legal pe marginea pretențiilor înaintate.

Totodată în scopul respectării prevederilor art. 73 alin. 1 al Legii menționate solicităm informarea tuturor operatorilor economici participanți la procedura de achiziție despre existența contestației precum și conținutul acesteia.

Anexă – 2 file

Director

Botnari & **Simion Botnari**

Relații de contact:
tel 73-73-75



CONTESTAȚIE

INFORMAȚIE GENERALĂ	
Date privind emitentul contestației:	Emitentul: (denumirea operatorului economic) SRL Eyecon Medical SRL IDNO: 1012600036108 Adresa: Chisinau, Bd. Dacia 40/2 Telefon: 022-27-75-83 Fax: 022-27-75-85 E-mail: Lilia.anton@eyeconmedical.md
Autoritatea contractantă contestată:	Centrul National de Sanatate Publica
Obiectul de achiziție:	Utilaj de laborator
Cod CPV:	38000000-5
Obiectul contestației: (se bifează)	<input checked="" type="checkbox"/> documentele de licitație/invitația de participare <input type="checkbox"/> desfășurarea procedurii <input type="checkbox"/> rezultatele procedurii
Numărul procedurii publicate în BAP:	14/00848 39/14 din 20.05.2014

SUBIECTUL CONTESTAȚIEI

Operatorul Economic se va expune în mod obligatoriu asupra circumstanțelor de fact și de drept prin care s-a în un drept recunoscut de Lege:

In scopul asigurării prevederilor art 6 din Legea 96 din 13.04.2007 privind achiziții publice solicitam la pozițiile enumerate mai jos, următoarele concretizări și modificări:

Lot nr 3 Centrifuga

Rotorul reprezintă un accesoriu. In dependenta de caracteristicile lui (material, greutate, dimensiuni, unghiul de inclinare a eprubetelor, volumul eprubetelor, etc.) se stabilește și pretul rotorului. Rugăm concretizarea cerințelor tehnice pentru rotor.

Lot nr. 9 Sterilizator cu aer cald.

Sterilizarea cu aer uscat se face la o temperatura de 185 grade C. In context solicitam modificarea cerinței "Temperatura maximă de încălzire 300 grade C" să se modifice în "Temperatura maximă de încălzire 200 grade C".

Lotul 13. Frigider de laborator cu înregistrator de temperatură.

Tipul de display utilizat pentru afișarea parametrilor frigiderului nu influențează asupra calității procesului de lucru. Display-ul LCD solicitat duce la creșterea prețului produsului. În acest context solicităm excluderea solicitării tipului de display, lăsând doar prezența display-ului pentru afișarea parametrilor de lucru.

Reprezentantul legal:

(nume / prenume în clar)

Executor:

Tel:

Anton Lilia

S. Vanlita

027-27-75-83

